РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Генератор релативне влажности (2*p*,2*t*) за реализацију релативне влажности од 0 % до 100 % на температурама од -10 °C до 70 °C и еталон тачке росе опсега температуре тачке росе од -50 °C до 40 °C,** са придруженим проширеним мерним несигурностима релативне влажности од 0,5 % и температуре тачке росе од 0,15 °C у складу са Међународном температурном скалом ITS-90, признаје се као

еталон јединице релативне влажности и температуре тачке росе Републике Србије, који представљају основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице релативне влажности и температуре тачке росе (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице температуре и температуре тачке росе.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3491/1**
Датум: 3. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић