РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Гарнитура ареометара** у мерном опсегу од 600,0 kg/m^3 до 1100,0 kg/m^3, са најмањом вредношћу подеока од 0,1 kg/m^3, референтном температуром од 15 ^{o}C и придруженом мерном несигурношћу од 0,030 kg/m^3 (к=2) и

гарнитура ареометара у мерном опсегу од 1100,0 kg/m^3 до 1840,0 kg/m^3, са најмањом вредношћу подеока од 0,2 kg/m^3, референтном температуром од 20 ^{o}C и придруженом мерном несигурношћу од 0,040 kg/m^3 (к=2) признаје се као

еталон густине течности Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима густине течности (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице густине.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3488/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић