РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Рефрактометар** са мерним опсегом индекса преламања светлости од 1,3000 до 1,7100, са референтном температуром од 20 ^{o}C, најмањом вредношћу подеока од 0,0002 и придруженом мерном несигурношћу од 0,0001 (к=2) признаје се као

еталон индекса преламања светлости Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима индекса преламања светлости (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице индекса преламања светлости.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3489/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић