РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Напонски трансформатори** примарног напона од 100/√3 V до 600/√3 V, од 600 V до 4000 V, од 5000 V до 35000 V, од 40/√3 kV до 120/√3 kV и секундарног напона од 100/√3 V и 120/√3 V, од 100 V и 110 V, од 100/√3 V и 110/√3 V, који су остварени са придруженом мерном несигурношћу од 50 μV/V за напонску грешку и 60 μrad за фазну разлику, признаје се као

еталон односа трансформације напона Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима односа трансформације напона (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-2659/1**
Датум: 16. јун 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић