РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Струјни трансформатор са електронском компензацијом грешке** примарне струје од 1 A до 3000 A и секундарне струје од 1 A и 5 A, које су остварене са придруженом мерном несигурношћу од 20 μA/A до 100 μA/A за струјну грешку и од 20 μrad до 120 μrad за фазну разлику, признаје се као

еталон односа трансформације струје Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима односа трансформације струје (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-2660/1**
Датум: 16. јун 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић