РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Гарнитура преливних пипета, називних запремина 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L, 50 L и 100 L** која је остварена гравиметријском методом са придруженом мерном несигурношћу од 0,02 % признаје се као

еталон јединице запремине Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице запремине (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до међународног еталона који представља реализацију јединице масе у складу са Међународним системом мерних јединица (SI).

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-2654/1**
Датум: 16. јун 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић