РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Група од три радиометријска детектора** са вредностима спектралне осетљивости у опсегу таласних дужина од 340 nm до 1000 nm које су остварене са придруженом мерном несигурношћу од 0,6 % до 2,0 % признаје се као

еталон јединице спектралне осетљивости Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима спектралне осетљивости (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице флукса зрачења.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-2690/1**
Датум: 19. јун 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић