РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Ћелија фиксне тачке цинка за реализацију температуре очвршћавања цинка од 419,527 °C** са придруженом проширеном мерном несигурношћу од 3 mK, помоћу еталонског платинског отпорног термометра, у складу са Међународном температурном скалом ITS-90, признаје се као

еталон јединице температуре Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице температуре (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице температуре.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-1464/1**
Датум: 31. март 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић