РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Уређај за еталонирање микрофона реципрочном методом и две гарнитуре од по три кондензаторска микрофона** типа LS1P и LS2P са вредностима нивоа звучног притиска у опсегу фреквенције од 63 Hz до 25 kHz које су остварене са придруженом мерном несигурношћу од 0,08 dB до 0,46 dB признаје се као

еталон јединице звучног притиска Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима звучног притиска (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице притиска.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-2649/1**
Датум: 16. јун 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић