РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Група од пет јонизационих комора** са опсегом од 2,2 μGy/h до 18 kGy/h и са придруженом мерном несигурношћу од 1,1 % до 2,2 %, признаје се као

еталон јачине керме у ваздуху Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јачине керме у ваздуху (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице јачине керме.

3. Институт за нуклеарне науке „Винча” из Београда развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3509/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић