РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. **Клипни манометар са теговима** са опсегом од 0 Pa до $8 \cdot 10^7$ Pa и са придруженом мерном несигурношћу од $(29 + 1{,}9 \cdot 10^{-5} \cdot p)$ Pa, где је p притисак, признаје се као

еталон јединице притиска Републике Србије, који представља основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице притиска (у даљем тексту: национални еталон).

2. Национални еталон из тачке 1. ове одлуке служи као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице притиска.

3. Дирекција за мере и драгоцене метале развија, остварује, чува, одржава и усавршава национални еталон из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује његову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3494/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић