РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. Група узорака **Hf**, **Rh**, **Ti**, **V**, и **Zr** са вредностима специфичне електричне отпорности за опсег температура од 400 K до 2400 K која је остварена са придруженом мерном несигурношћу од 1% до 2% признају се као

еталони јединице специфичног електричног отпора чврстих електропроводних материјала на високим температурама Републике Србије, који представљају основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице специфичног електричног отпора чврстих електропроводних материјала на високим температурама (у даљем тексту: национални еталони).

2. Национални еталони из тачке 1. ове одлуке служе као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице специфичног електричног отпора.

3. Институт за нуклеарне науке „Винча” из Београда развија, остварује, чува, одржава и усавршава националне еталоне из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује њихову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3510/1**
Датум: 3. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић