РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. Група узорака **Ag, Cu, Hf, Rh, Ti, W, Zr** и **керамичког стакла** са вредностима топлотне дифузивности за опсег температура од 200 K до 1550 K која је остварена са придруженом мерном несигурношћу од 1% до 8% признају се као

еталони јединице топлотне дифузивности Републике Србије, који представљају основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице топлотне дифузивности (у даљем тексту: национални еталони).

2. Национални еталони из тачке 1. ове одлуке служе као референца за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице топлотне дифузивности.

3. Институт за нуклеарне науке „Винча” из Београда развија, остварује, чува, одржава и усавршава националне еталоне из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује њихову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3511/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић