РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 14. ст. 1. до 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 30/10), а у вези са Правилником о условима за признавање националних еталона („Службени гласник РС”, број 70/11), директор Дирекције за мере и драгоцене метале доноси

О Д Л У К У
О ПРИЗНАВАЊУ НАЦИОНАЛНОГ ЕТАЛОНА

1. Група узорака **Hf**, **Rh**, **Ti**, **V**, и **Zr** са вредностима специфичне топлоте за опсег температура од 400 K до 2400 K која је остварена са придруженом мерном несигурношћу од 3% до 8% признају се као

еталони јединице специфичне топлоте чврстих електропроводних материјала на високим температурама Републике Србије, који представљају основу за додељивање вредности величине другим еталонима јединице специфичне топлоте чврстих електропроводних материјала на високим температурама (у даљем тексту: национални еталони).

2. Национални еталони из тачке 1. ове одлуке служе као референце за обезбеђивање следивости резултата мерења у Републици Србији до SI јединице специфичне топлоте.

3. Институт за нуклеарне науке „Винча” из Београда развија, остварује, чува, одржава и усавршава националне еталоне из тачке 1. ове одлуке и обезбеђује њихову следивост до међународног нивоа.

Број: **393-1/0-01-3512/1**
Датум: 4. септембар 2015. године

Д И Р Е К Т О Р

Мр Вида Живковић